

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TROMBUDO CENTRAL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 2/2021 - PE

Processo Administrativo: 2/2021

Data do Processo: 22/04/2021

**ANEXO II  
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UND	<p>Colposcópio Binocular - Colposcópio Binocular. Especificações mínimas ou superior: O colposcópio deverá possibilitar a identificação de indícios visíveis de tecido anormal, funcionando como um microscópio binocular com luz à LED para ampliar a visão do colo uterino, vagina, vulva e de superfícies. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto ou ABS injetado. Cabeçote óptico estereoscópico binocular com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida com a combinação precisa de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporciona excelente definição de imagem. Focalização ajustável através de macro regulagem realizada com o movimento da estativa; a micro regulagem de distância é realizada por ajuste manual através de alavanca lateral com cremalheira. LED de potência com Índice de reprodução de cor (Ra) <math>\geq 95</math> e vida útil prevista para 50.000 horas. Iluminância variável na faixa 0 -100%. Aumento variável de imagem em: 3 opções 7X, 14X e 25X ou 05 opções: 6X, 10X, 16X, 25X e 40X ou 5 opções: 3X, 4X, 7X, 11X e 17x com alta definição de imagem. Monitor de vídeo. Sistema de captura de imagens. Tensão de alimentação: 110-230 Vc.a. 50/60 Hz. Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 2AL, 250V. Potência máxima de consumo: 55 VA. Modo de operação: Contínuo. Potência do LED: 10 W. Índice de reprodução de cor (Ra): <math>\geq 95</math>. Filtro luz verde. Câmara de vídeo. Divisor de imagens. Cabeçote óptico com divisor de luz e imagem. Objetiva com distância focal de 300 mm. Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o ajuste da dioptria é utilizado para que a linha de visão seja coincidente com a Distância Interpupilar (DIP).</p>		25.143,3400	50.286,68

**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TROMBUDO CENTRAL**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ITEM - TC

CNPJ: 83.102.731/0001-75

Telefone: (47) 3544-0271

Praça Arthur Siewerdt, 01

CEP: 89176-000 - Trombudo Central SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 2/2021 - PE

Processo Administrativo: 2/2021

Data do Processo: 22/04/2021

Diâmetro do campo luminoso  
(milímetros): 40 mm. Regulagem de altura  
pode variar conforme a Estativa (metros):  
0,85 – 1,30 m. Dimensões do  
equipamento sem acessórios  
(Largura/Profundidade/Altura): 0,50 X  
0,50 X 1,35m. Peso líquido: 15 Kg.  
Certificação INMETRO. Registro ANVISA.  
Produto projetado em conformidade com  
as normas ABNT.

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

50.286,68